

CENTRO INTEGRAL DE SALUD MAIMON (CISAM)

Informe de espirometría anómala - PERALTA GONZALEZ , EDDY EVA 21/09/2020 12:59:57 p.m. Página 1

Información del paciente:

ID: 118-0012953-5
Nombre: PERALTA GONZALEZ , EDDY EVARISTO
Fecha nacimiento: 31/01/1989 Edad: 31 años
Altura: 172 cm Peso: 68.0 kg
Género: Hombre
Raza: Hispano
Cajetillas/día: ----- Años fumando: -----
Cooperación: -----

Información del test:

Preactivación: 01:03 p.m.
Postactivación: -
Referencia normativa: NHANESIII 1999

Mensajes de calidad:

Pre: 7-Buen intento, 5-Buen intento, 3-Buen intento, 1-Buen intento,

Resultados de la prueba:

FEV1%Prev.: 65 %
FEV1%: 71%
Mejora: -

Var. pre/post FEV1: 47 ml (2 %) / -
Var. pre/post FVC: 141 ml (4 %) / -
Reproducibilidad según ATS:
Pre: MET ()
Post:

Interpretación del test: INFORME NO CONFIRMADO

Pre: FVC= 3.83L FEV1= 2.72L
FEV1%= 71.0% [2.72/3.83 FEV1/FVC]
(21/09/2020 01:06:56 p.m.), Obstrucción moderada.Restrictión leve

Comentario de la prueba:

Parámetro	Unidades	Pred (LLN)	Mejor esfuerzo			Best Three Efforts		
			5. Pre	%Pred	%Cambiar	5. Pre	3. Pre	7. Pre
FVC	(L)	5.06 (4.21)	3.83*	76%	-	3.83*	3.69*	3.16*
FEV1	(L)	4.19 (3.47)	2.72*	65%	-	2.72*	2.76*	2.42*
FEV1%	(%)	83 (74)	71*	85%	-	71*	75	76
FEV1/FVC	(%)	83 (74)	71*	85%	-	71*	75	76
PEF	(L/s)	9.93 (7.44)	3.88*	39%	-	3.88*	5.11*	5.71*
FEF50	(L/s)	-	2.61	-	-	2.61	3.24	4.12
FEF25-75	(L/s)	4.48 (2.86)	1.94*	43%	-	1.94*	2.20*	2.03*
ATS	-	-	Si	-	-	Si	Si	Si

(*) Significa inferior al LLN

